BASIC 5

НОМЕР КАТАЛОГА: DB-005-0K

HYDROLAB®

Технические параметры:
- Устройство работает под давлением водопроводной воды.
- Ступени очистки воды:
  - фильтр механической очистки 5 мкм,
  - осадочно-угольно-смягчающая фильтрация (встроенный модуль А),
  - двойная деминерализация на смешанном ионообменном слое (двойнит - сильный катионит и анионит) для удаления ионов (ионообменная колонна с объемом 5000 мл).
- Проводимость получаемой воды (в зависимости от расхода водопроводной воды) составляет 0,1-0,8 мкСм/см.
- Рабочая емкость: 28г $CaCO_3$/l.
- Точки забора воды - вторая степень чистоты в соответствии с ISO 3696: 1999&
- Кран для очищенной воды с шлангом длинной мин. 2 м и соединительные комплекты для устройств (посудомоечной машине, автоклаве и т. д.).
- Возможность самостоятельного обслуживания (простая замена фильтрующих картриджей).
- Возможность подключения к посудомоечной машине, автоклаве и т. д.
- Электропитание: 230 В / 50 Гц.
- Возможность самостоятельного монтажа устройства.
- Корпус системы выполнен из нержавеющей, кислотостойкой стали - inox.

Размеры (ШхГхВ): 235x440x510 мм

Функции контроля работы системы:
- Устройство оснащено микропроцессорной контрольно-измерительной системой, имеющей:
  - ЖК-дисплей 2x16 символов,
  - кондуктометр, измеряющий проводимость и температуру очищенной воды в мкСм/см или МОм,
  - часы, отображающие дату и время,
  - сигнализация, информирующая о замене фильтра механической очистки и модуля А,
  - сигнализация, информирующая о замене ионообменного модуля,
  - предварительный просмотр дат обслуживания,
  - меню на русском языке на дисплее устройства,
  - встроенный разъем RS 232 для подключения к компьютеру,
  - возможность индивидуальной настройки частоты обслуживания и уровней сигнализации непосредственно на устройстве,
  - возможность индивидуальной настройки частоты обслуживания и уровней тревоги непосредственно с клавиатуры устройства,
- Встроенный манометр для контроля давления водопроводной воды.

Параметры очищенной воды:
- Вода, очищенная в устройстве, соответствует требованиям нормы ISO 3696: 1999 для воды второй и третьей степени чистоты.

Расходные материалы, подлежащие периодической замене:
- Предварительные фильтры:
  - фильтр механической очистки 5 мкм,
  - модуль А.

  Замена каждые 6 месяцев.

- Н6 - ионообменный модуль.

Замена после производства около 5000 $дм^3$ очищенной воды
(количество производимой воды зависит от качества водопроводной воды).
Срок службы: 28 г $CaCO_3$ / л.

Требуемые соединения на месте установки:
- подсоединение к холодной водопроводной воде 1/2 или 3/4,
- розетка 230 В.

модель	**модуль A2**	**предварительный фильтр 5µm**	**модуль H6**
Basic 5	+	+	+
Рабочее время	6 месяцы*	6 месяцы*	6 месяцы*
номер каталога	**EO-MA-12**	**EO-005-10**	**EJ-5000-0**

* Срок службы картриджа может варьироваться в зависимости от расхода, его характеристик, а также уровня и типа загрязнения водопроводной воды.
**объем очищенной воды зависит от качества исходной воды, максимальное количество соли, растворенной в исходной воде - 1200 мг / л